

Opis przedmiotu zamówienia

Defibrylator półautomatyczny w torbie

zadanie nr 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki defibrylatora półautomatycznego AED w torbie.

1. Minimalne wymagania techniczne:

- technologia dwufazowa
- Konstrukcja i wykonanie : odporność na wodę i pył klasa IP55
- wytrzymałość na nacisk 225 kg
- Bateria litowo – manganowa
- odporność na upadek z wysokości 1 m na beton
- Wydajność 200 wyładowań lub 4 h ciągłej pracy
- Wymiary 18x22x6 cm
- Uniwersalne elektrody (dorosły - dziecko)
- Tryb szkoleniowy w pamięci 8 scenariuszy działań

2. Wymagania dodatkowe:

- instrukcje dotyczące RKO (tempo, głębokość, oddechy)
- nowatorska technologia impulsu dwufazowego
- czytelne komunikaty głosowe
- odporność na warunki atmosferyczne,
- łatwość czyszczenia i konserwacji,
- gwarancja producenta 8 lat.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz zgodny z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.