

Przedmiot zamówienia

Defibrylator AED

zadanie nr 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 57 sztuk fabrycznie nowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, przeznaczonego do prowadzenia akcji ratunkowej u osób dorosłych oraz dzieci w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie musi być kompletne, gotowe do użycia, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy oraz posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.

1. Wymagania techniczne minimalne

Defibrylator powinien spełniać co najmniej następujące wymagania:

- automatyczny lub półautomatyczny tryb pracy AED,
- komunikaty głosowe oraz wizualne prowadzące użytkownika przez procedurę resuscytacji,
- możliwość użycia u osób dorosłych i dzieci,
- automatyczna analiza rytmu serca,
- zabezpieczenie przed przypadkowym wyładowaniem,
- energia wyładowania dostosowywana automatycznie do pacjenta,
- czas ładowania do wyładowania nie dłuższy niż 4 sekund,
- metronom prowadzący tempo ucisków klatki piersiowej,
- stopień ochrony minimum IP55,
- odporność na upadek z wysokości minimum 1 m,
- autotesty urządzenia wykonywane automatycznie,
- wskaźnik gotowości do pracy,
- pamięć zdarzeń i możliwość eksportu danych,
- zasilanie bateryjne o okresie czuwania minimum 4 lata,
- elektrody samoprzylepne o terminie ważności minimum 2 lata.

2. Wyposażenie minimalne

W skład dostawy powinny wchodzić co najmniej:

- defibrylator AED,
- bateria zasilająca,

- szafka naścienna wyposażona w zamek magnetyczny,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna.

3. Wymagania formalne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia deklaracji zgodności CE,
- dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu do obrotu na terenie UE,
- zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie Polski.

4. Gwarancja

- minimalny okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące.