



Do Zainteresowanych

Wrocław, 29.07.2026 r.

WZP-271.1.40.2026

ZP/TP/46/2026/WBZ/2423

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: Dostawa systemu medycznego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

„Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Przenośne lodówki lekowe zadanie nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę bez alarmu otwarcia pokrywy/drzwi?”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Minimalnym wymaganiem technicznym stawianym przez zamawiającym jest alarm dźwiękowy i/lub wizualny w przypadku otwarcia pokrywy/drzwi, zatem zamawiający nie dopuszcza dostawy lodówek przenośnych bez alarmu otwierania pokrywy/drzwi.

up. Prezydenta

Kierownik Działu

Wydziału Zamówień Publicznych

Tomasz Kaźmierczak