

Załącznik nr 2 do projektu umowy

I Opis przedmiotu zamówienia – materac ewakuacyjny

Przedmiotem zamówienia jest 12 sztuk materaców ewakuacyjnych przeznaczonych do bezpiecznej ewakuacji osób o ograniczonej mobilności z budynków wielokondygnacyjnych, w szczególności po schodach, w sytuacjach zagrożenia pożarowego lub innych zdarzeń wymagających natychmiastowej ewakuacji.

Wymagania minimalne:

1. Materac ewakuacyjny fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Konstrukcja umożliwiająca transport osoby po schodach oraz po powierzchniach płaskich.
3. Wyposażony w:
 - o system pasów zabezpieczających pacjenta,
 - o uchwyty transportowe umożliwiające przenoszenie przez minimum 2 osoby,
 - o ślizgi lub elementy umożliwiające bezpieczne zsuwanie po schodach,
 - o zagłówek stabilizujący głowę.
4. Materiał odporny na:
 - o przetarcia,
 - o działanie środków dezynfekcyjnych,
 - o wilgoć i zabrudzenia.
5. Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg.
6. Wymiary materaca dostosowane do transportu osoby dorosłej.
7. Możliwość szybkiego złożenia i przechowywania.
8. Produkt oznakowany znakiem CE oraz zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i wyrobów medycznych.
9. W komplecie instrukcja użytkowania w języku polskim oraz karta gwarancyjna.
10. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

Wymagania dodatkowe (opcjonalne):

- pokrowiec transportowy,
- możliwość mocowania do łóżka szpitalnego,
- elementy odblaskowe,
- system szybkiego wypinania pasów.

Kryteria równoważności

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany produkt posiada parametry techniczne, użytkowe i ochronne nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

II Opis przedmiotu zamówienia – prześcieradło ewakuacyjne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 szt prześcieradeł ewakuacyjnych przeznaczonych do bezpiecznej ewakuacji osób o ograniczonej mobilności w sytuacjach zagrożenia (pożar, zadymienie, awaria techniczna, konieczność szybkiej relokacji).

Wymagania minimalne:

1. Prześcieradło ewakuacyjne musi być wielokrotnego użytku;
2. Wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na rozdarcia i ścieranie;
3. Materiał trudnopalny lub posiadający właściwości ograniczające rozprzestrzenianie ognia;
4. Wyposażone w system pasów bezpieczeństwa umożliwiających stabilne zabezpieczenie ewakuowanej osoby;
5. Wyposażone w uchwyty transportowe rozmieszczone po bokach prześcieradła, umożliwiające transport przez minimum 2 osoby;
6. Przystosowane do szybkiego montażu do materaca lub łóżka;
7. Maksymalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 150 kg;
8. Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy;
9. Wymiary dostosowane do standardowych łóżek szpitalnych;
10. Możliwość dezynfekcji i czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta;
11. Produkt oznakowany znakiem CE oraz zgodny z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych lub sprzętu ewakuacyjnego;
12. Wraz z dostawą wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim;

Kryteria równoważności

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany produkt posiada parametry techniczne, użytkowe i ochronne nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.